ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-017	PS/PRV/56552

PRODUCTO
Equipo de procesamiento para plasma INTERCETP. Referencia INT3104B

FINALIDAD PREVISTA
Equipo utilizado con un iluminador INTERCEPT para inactivar un amplio espectro de virus, bacterias, parásitos y leucocitos contaminantes del donante en plasma.

Nº LOTE
CE19F05L71, CE19F21L72

FABRICANTE
Cerus Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, C/ Eusebio Navarro 77, 35003 Las Palmas de Gran Canaria.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los lotes CE19F05L71, CE19F21L72 del equipo de procesamiento para plasma INTERCEPT, debido a que contienen unas instrucciones de uso incorrectas en las que se indica que contiene DEHP cuando no lo contiene.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Instrucciones de uso correctas.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: F 4 8 T Z Y 5 3 D D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89