MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-020	PS/PRV/56739

PRODUCTO

- Endoprótesis vascular GORE® EXCLUDER® para AAA (Aneurisma Aórtico Abdominal)
- Endoprótesis vascular GORE® EXCLUDER® para rama ilíaca.

FABRICANTE

W.L. Gore and Associates, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Técnicas Biofísicas S. L., C/ Malteses 3, 35002 Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las endoprótesis GORE EXCLUDER para AAA (Aneurisma Aórtico Abdominal) y para rama ilíaca, debido al riesgo de separación o rotura del extremo delantero del catéter de la endoprótesis durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L D A G V D V 5 3 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89