MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-025	PS/PPR/56729

PRODUCTO
Instrumento de sellado de vasos CAIMAN 12, Modelo PL730SU

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de sellado de RF bipolar formado por el generador de RF LEKTRAFUSE y los instrumentos Caiman. El sistema se puede emplear para capturar, penetrar, sellar y cortar tejido durante procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

FABRICANTE
Aesculap, AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
B.Braun Surgical, S.A., carretera Terrassa, 121, 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del instrumento de sellado de vasos CAIMAN 12, modelo PL730SU debido a la posibilidad de que el pin/pasador pueda aflojarse y desprenderse de la boca del sellador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P N 8 G X 4 7 B A C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89