MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-021	PS/AG/56809

PRODUCTO

Catéter de drenaje Dawson-Mueller, referencias ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC (G51595) y ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC (G11020).

REFERENCIAS Y N^{OS} LOTE

- Referencia ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC (G51595), lotes 9803175 y 9903048
- Referencia ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC (G11020), lotes 9791159 y 9828889

FABRICANTE

Cook Incorporated, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Cook Medical EUDC, Alemania.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del catéter de drenaje Dawson-Mueller, debido a que no se fabricaron según las especificaciones, lo que podría ocasionar fugas en la zona de ensamblaje del lazo Mac-Loc.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S D X 6 Q W C 6 3 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89