MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-022	PS/AG/56644

PRODUCTO
Separador de tejidos blandos, radiotranslúcido, modelo IU 7971-00.

FABRICANTE
aap Implantate, AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
MBA Incorporado, S.L., Avenida Jardín Botánico 1345, 33203 Gijón, Asturias.

ASUNTO
Retirada del mercado del modelo IU 7971-00 del separador de tejidos blandos, radiotranslúcido, debido a un posible problema en su retirada durante el proceso de serrado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: C 3 R W S 5 4 1 A 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89