ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-033	PS/CGG/56674

PRODUCTO
Centrifuge 5910 R

FINALIDAD PREVISTA
Centrífuga de diagnóstico in vitro diseñada para la separación de mezclas de sustancias líquidas de diferente densidad, especialmente para el procesamiento y análisis de muestras provenientes del cuerpo humano.

FABRICANTE
Eppendorf AG, Alemania

DISTRIBUIDORES

- Eppendorf Ibérica S.L.U., Avda. Tenerife 2, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
- Durviz S.L., Parque tecnológico, C/Leonardo da Vinci 10, 46980 Paterna, Valencia
- Fisher Scientific S.L., C/Luis I, 9, 28031 Madrid
- VWR International Eurolab S.L., C/ Tecnología 5-7, Llinars Park, 08450 Llinars del Vallés, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con un posible riesgo de descarga eléctrica si se entra en contacto con la carcasa del producto Centrifuge 5910 R, debido a que la utilización de un tornillo demasiado largo (M4x8) durante la producción podría dañar el aislamiento de la bobina del motor y provocar contacto eléctrico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R N T X E N R 3 9 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89