ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-030	PS/JMP/57144

PRODUCTO
Atellica IM Paquete de humedad (para analizadores Atellica IM 1300 y 1600).
Referencias: 11313505/ 11313496

Nº LOTE
0010

VERSIÓN SOFTWARE
Version 1.21.0 e inferiores

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. CP: 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados analizadores Atellica IM 1300 y 1600 debido a la posibilidad de que identifiquen de forma incorrecta el lote 0010 de los Paquetes de humedad Atellica IM como caducados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa