MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-038	PS/PPR/56673

PRODUCTO
Empuñadura esterilizable Hanaulux

FINALIDAD PREVISTA
Mango esterilizable para lámpara quirúrgica.

CÓDIGO y Nº SERIE PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA
Ver listado anexo.

FABRICANTE
MAQUET SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain, calle Marie Curie nº 5 Edificio Alfa Planta 6, oficina 6.1-6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el anillo de seguridad del sistema de bloqueo de la Empuñadura esterilizable Hanaulux pueda romperse y al desbloquear el mango puedan caer este u otros componentes de dicho sistema de bloqueo al campo quirúrgico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.
- Anexo: Listado productos afectados en EspañaMSA-2019-002-IU

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: N A 9 C C L B 6 1 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89