ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-031	PS/PRV/57289

PRODUCTO
Pilar de cicatrización de implante dental Certain® BellaTek® Encode®.
Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Biomet 3i, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U., WTC Almeda Park, Edificio 4, Planta 2ª – C/ Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los pilares de cicatrización de implantes dentales Certain® BellaTek® Encode®, debido a que los datos de escaneado o impresión obtenidos a partir de estos pilares dan como resultado una rotación incorrecta y/o una alineación incorrecta del contorno de margen del pilar definitivo, así como medidas a tomar en los pacientes tratados con estos pilares.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa