MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-052	PS/NA/56490

PRODUCTO

NEW ASKIR 30, ref.: RE310100/02 Y RE310100/03.

FINALIDAD PREVISTA

Equipo de succión que ofrece uso continuo para la aspiración nasal, oral y para la aspiración de cuerpos líquidos come flemas o mocos catarrales en adultos y niños.

Nos LOTE y Nos de SERIE

Ver nos de lote y nos de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

CA-MI s.r.l., Italia.

DISTRIBUIDOR

QUIRUMED S.L.U. C/ Corretger 117. Parque empresarial Táctica, Paterna, 46980 Valencia.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados equipos de succión NEW ASKIR 30, ref.: RE310100/02 Y RE310100/03, debido a la posibilidad de que transcurridos 25-30 minutos de funcionamiento en continuo se puede producir una interrupción de la succión ocasionada por un error de posicionamiento del protector térmico del motor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.
- Nota informativa AEMPS PS, 01/2020.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 6 Z X 5 Q 9 3 8 2 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89