ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-043	PS/NA/57250

PRODUCTO

Pleurovideoscopio Olympus modelo LTF-160, utilizado en combinación con los accesorios de endoterapia:

Pinzas de biopsia	FB-52C-1, FB-34C-1, FB-36C-1, FB-20C-1, FB-35C-1, FB-24K-1, FB-37K-1, FB-11K-1
Catéter de pulverización	PW-6C-1
Pinzas de biopsia por calor	FD-6C-1, FD-7C-1
Inyector	NM-4L-1, NM-8L-1, NM-1D
Cuchilla quirúrgica eléctrica	KD-31C-1
Asa quirúrgica eléctrica	SD-18C-1, SD-7C-1
Electrodo de coagulación	CD-6C-1

FINALIDAD PREVISTA

El pleurovideoscopio Olympus está diseñado para su uso en endoscopia y el diagnóstico endoscópico, y para el tratamiento dentro de la cavidad torácica.

FABRICANTE

Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR

Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa 29-31, E-08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del videoduodenoscopio Olympus LTF-160, debido a la incompatibilidad con los accesorios de endoterapia descritos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Manual de instrucciones del modelo LTF-160 actualizado (ES-066768, versión 8.0, página 52).