ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-045	PS/SM/57265

PRODUCTO
TWINFIX TI 2.8mm HS SUTURE ANCHOR WITH TWO 28'' DURABRAID SUTURE (USP #2), número de catálogo 72200796

FINALIDAD PREVISTA
Implante osteoarticular: anclaje de titanio con suturas no reabsorbibles indicado para la reconexión de tejido blando al hueso (especialmente en procesos de reparación de ligamentos de mano, muñeca y tobillo)

Nº LOTE AFECTADO EN ESPAÑA
2010547

FABRICANTE
Smith & Nephew Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
Smith & Nephew SAU, C/ Fructuós Gelabert 2-4, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 2010547 del producto sanitario TWINFIX TI 2.8mm HS SUTURE ANCHOR WITH TWO 28'' DURABRAID SUTURE (USP #2), número de catálogo 72200796 debido a posibles problemas en la integridad del envase, lo que podría comprometer la esterilidad del dispositivo

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa