ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-056	PS/CGG/57398

PRODUCTOS

- Sistema Kodak DirectView DR 3000
- Sistema Kodak DirectView DR 3500

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de diagnóstico médico DR (Radiografía Digital)

Nos SERIE

35000030, 35000060 y 30001015

FABRICANTE

Carestream Health Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Carestream Health Spain S.A., Vía de las Dos Castillas 33, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie de los sistemas Kodak DirectView DR 3000/DR 3500, debido a que un posible error de funcionamiento pueda provocar el movimiento accidental del brazo U.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa