MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-059	PS/PRV/57161

PRODUCTO

- Pala de laringoscopio de un solo uso Rusch® Greenlite™ (MAC 3) Referencia 004551003
- Pala de laringoscopio de un solo uso Rusch® Greenlite™ (MAC 4) Referencia 004551004

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Teleflex Medical, Irlanda.

DISTRIBUIDOR

Teleflex Medical. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso, Alcala de Henares, 28806 Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de las palas de laringoscopio de un solo uso Rusch Greenlite (MAC 3 y MAC 4), debido a la posibilidad de que el conductor de luz del laringoscopio se rompa durante la configuración previa al uso o durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W D 6 P Z 2 R 8 2 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89