MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-053	PS/PF/57251

PRODUCTO
Tampón de lisis NUCLISENS®, referencia 200292

FINALIDAD PREVISTA
El tampón de lisis NUCLISENS® se ha diseñado específicamente para liberar todos los ácidos nucleicos presentes en muestras biológicas.

Nº LOTE
19040201

FABRICANTE
bioMerieux Inc, Francia

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España, C/ Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid

ASUNTO
Cese de la utilización del lote 19040201 del tampón de lisis NUCLISENS® debido a que cuando se utiliza para analizar eluídos con color provenientes de muestras que contienen sangre, la hemoglobina podría causar la inhibición de la PCR dando lugar a resultados no interpretables o falsos negativos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: J V F G K 3 3 C B 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89