MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-065	PS/TS/57489

PRODUCTO
LisaCath® catéter para uso endotraqueal

Nº LOTE
DS17632; DS17199; DS17166; DS17138 ; DS17121; DS17208; DS17216; DS17237; DS17249; DS17262; DS17270; DS17321; DS17328; DS17366; DS17402; DS17367; DS17306; DS17436; DS17437; DS17477; DS17478; DS17548; DS17549; DS17550; DS17551; DS17607; DS17608; DS17672; DS17673; DS17674; DS17725; DS17726; DS17759; DS17781; DS17782; DS17800; DS17799; DS18512; DS18513; DS18573; DS18574; DS18593; DS18614; DS18663; DS18689; DS18722; DS18765; DS18795

Nº LOTE AFECTADOS EN ESPAÑA
Ver n^{os} de lotes afectados distribuidos en España en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Chiesi Farmaceutici SpA, Italia.

DISTRIBUIDOR
Chiesi España S.A.U. Torre Realia BCN Plaça d'Europa, 41-43, Planta 10. 08908 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España).

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del catéter LisaCath® para uso endotraqueal, debido a un posible defecto en la punta suave (soft tip) no sellada o parcialmente sellada que podría causar problemas potencialmente graves al suministrar surfactante al neonato.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa