MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-060	PS/SM/57164

PRODUCTO
Ensayo Atellica® CH creatinina enzimática_2 (ECre_2) y creatinina enzimática de Japón (ECreJ)

FINALIDAD PREVISTA
Ensayo para la determinación de creatinina enzimática en suero, plasma y orina en los analizadores Atellica® CH

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación a resultados de creatinina falsamente por debajo de lo normal con los ensayos Atellica® CH ECre_2 y ECreJ, en pacientes que reciben tratamiento con fenindiona

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: J 9 Q 6 9 Q Q 9 D 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89