MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-035	PS/JMP/56806

PRODUCTO
SwiftHook . Referencia: 700200008
Ver modelos de grúa móvil y de techo afectados en nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Componente para grúas móviles y de techo que une la percha para levantar el brazo de la grúa, y permite liberar la percha de manera rápida cuando se precisa.

FABRICANTE
Handicare AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
Medicauce SL, sita en C/ Jarama 132, 10-13. 45007 Toledo

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas grúas móviles y de techo con pieza SwiftHook debido a la posibilidad de caída del paciente en casos de un ensamblaje incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 02/2020

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 30/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: G S X W K N 4 6 3 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89