MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2020-061 | PS/SM/57164 |

**PRODUCTO**
Ensayo ADVIA® CH de creatinina enzimática_2 (ECRE_2)

**FINALIDAD PREVISTA**
Ensayo para la determinación de creatinina enzimática en suero, plasma y orina en los sistemas ADVIA® Chemistry

**FABRICANTE**
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU

**DISTRIBUIDOR**
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad en relación a resultados de creatinina falsamente por debajo de lo normal con el ensayo ADVIA® ECRE_2, en pacientes que reciben tratamiento con fenindiona

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 29/01/2020**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: X X A F W Y 4 1 3 F**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89