MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-062	PS/SM/57164
PRODUCTO Ensayo Dimension® de creatinina enzimática (EZCR)	
FINALIDAD PREVISTA Ensayo para la determinación de creatinina enzimática en suero, plasma y orina en los analizadores Dimension®	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad en relación a resultados de creatinina falsamente por debajo de lo normal con los ensayos Dimension® CH EZCR, en pacientes que reciben tratamiento con fenindiona	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 A Q F 9 Z 6 2 D B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89