MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-068	PS/JMP/57094

PRODUCTO

- Tijera monopolar IN CUT, Ref.:: C5330, T5150, C5250, T5330, IC5330, IK5330, C5470, CB5330
- Fórceps monopolar ENDOGRIP, Ref.: A5330, F5330, G5330, MD5330, D5330, FS5330, FS5470, MD5470
- Gancho monopolar ENDOHOOK, Ref.: H5330, H5330L

FINALIDAD PREVISTA

Instrumentos quirúrgicos monopolares de un solo uso para cirugía laparoscópica

FABRICANTE

PÉTERS SURGICAL, Francia.
VECTEC SA, Francia. (Productos fabricados antes del 1 de Mayo de 2018)

DISTRIBUIDOR

IHT MEDICAL. Avda Cataluña, 4. LLiça de Vall. 08185 Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso, debido a cambios en la tensión superior máxima de uso de determinados instrumentos monopolares IN CUT, ENDOGRIP y ENDOHOOK.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W L W B B Y W 1 B F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89