MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2020-064	PS/MRG/57458

PRODUCTOS

- Catéter para dilatación coronaria NC Trek RX
- Catéter para dilatación coronaria NC Traveler RX

Con diámetros de balón de 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm.

Nº LOTE

Ver referencias y nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Abbott Vascular, EEUU

DISTRIBUIDOR

Abbott Medical España S.A, Avda. Burgos 91, 28050 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los catéteres para dilatación coronaria NC Trek RX y NC Traveler RX, debido a la posibilidad de que se produzca dificultad o incapacidad para desinflar el balón durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 X Y W B 7 J A 3 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89