MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-071	PS/SI/57396

PRODUCTO
SPY-PHI Drapes (Paquete de 20), referencia HH2020
SPY-PHI Drape (individual), referencia HH2000

FINALIDAD PREVISTA
Paños estériles

Nº LOTES
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Stryker Endoscopy, EE.UU

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L. C/ Sepúlveda 17- Alcobendas - 28108 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los paños estériles SPY-PHI debido a la posibilidad de que la bolsa de embalaje no se encuentre debidamente sellada, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: C T 8 E F P A 7 8 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89