MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-079	PS/JMP/57572
PRODUCTO Segmento de cubeta de reacción del analizador Atellica CH 930. Referencia: 11099326	
FINALIDAD PREVISTA Cubeta de reacción	
Nº LOTE Lotes que terminan en 17 y 18.	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo de Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionada con determinados lotes de los segmentos de las cubetas de reacción de los analizadores Atellica CH 930 debido a que pueden tener defectos que ocasionen que los resultados sean erróneos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 7 4 T Y E 9 0 9 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89