MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-076	PS/PPR/57482

PRODUCTO
Kit VIDAS® NT-proBNP2, referencia 30458.

FINALIDAD PREVISTA
Prueba cuantitativa automatizada para su uso en los equipos de la familia VIDAS que permite la detección del fragmento N terminal del péptido natriurético cerebral en suero humano o plasma (heparina de litio o sodio) por técnica ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay). Se utiliza como ayuda en el diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardíaca.

Nº LOTE AFECTADO EN ESPAÑA
1007679480

FABRICANTE
bioMérieux S.A., Francia

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España. Calle Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 1007679480 del Kit VIDAS® NT-proBNP2 referencia 30458, debido a que no puede realizarse su calibración en el instrumento VIDAS® PC .

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 5 V W 6 E 5 Q 0 5 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89