MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-091	PS/SM/57882

PRODUCTO
Cables Philips Efficia Combined de 3 ó 5 derivaciones para uso con los monitores de la serie DFM100 y Efficia CM
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Set de cables de electrocardiografía reutilizables

FABRICANTE
Philips Medical Systems, EEUU

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y reemplazo posterior de determinados Cables Philips Efficia Combined de 3 ó 5 derivaciones debido a la posible reducción de la energía de desfibrilación suministrada, fallo en la desfibrilación y posible riesgo de shock eléctrico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: F L Q G 6 G E 8 9 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89