MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-103	PS/TS/57725

PRODUCTO
Alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE). Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Alargadera para inyección directa, infusión intermitente, infusión continua o aspiración

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co Ltd, China

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson España S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. San Agustín de Guadalix. 28750 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las alargaderas Alaris ® de baja absorción (PE) debido a la posibilidad de que el luer macho de la alargadera se desconecte del luer hembra del dispositivo al que está conectado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: V V F P 5 4 R 8 7 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89