MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-102	PS/TS/57324

PRODUCTO
Fuente de alimentación (power supply unit, PSU) del sistema de placas de imágenes digitales Sopro PSPIX (primera generación)

Nº SERIE
- Sopro PSPIX del OJ1208174 al OJ1314402.
- Fuentes de alimentación (PSU) con nº de serie con 9 dígitos que comiencen con los 4 dígitos siguientes: 1143xxxxx, 1221xxxxx, 1224xxxxx y 1229xxxxx.

FABRICANTE
Sopro, Francia.

DISTRIBUIDOR
Acteon Médico-Dental Ibérica S.A.U. Pol. Industrial can Clapers. Avenida Principal, 11 – H. C.P. 08181. Sentmenat. Barcelona

ASUNTO
Sustitución de ciertos nº de serie de fuentes de alimentación (PSU) de determinados sistemas de placas de imágenes digitales Sopro PSPIX debido a un posible problema de aislamiento en el conector de la PSU que podría provocar un cortocircuito.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R 2 Q R L Y R 2 5 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89