MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-090	PS/PRV/57953

PRODUCTO
Catéter de angiografía IMAGER™ II de 5F.
Ver referencias afectadas del envase exterior e interior en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Boston Scientific Corporation, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Boston Scientific Ibérica S.A., Parque Puerta de las Naciones, C/ Ribera del Loira 38, 28042 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de catéteres de angiografía IMAGER™ II de 5F debido a la posibilidad de desprendimiento de la punta durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: B V T V J Y 8 1 5 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89