MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-105	PS/NA/57457

PRODUCTO

Sistemas de diagnóstico por rayos X:

- Ysio Max, Luminos dRF Max, Luminos Agile Max y Uroskop Omnia Max.

Nº SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los nº serie afectados.

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci 15, Getafe 28906 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de diagnóstico por Rayos X Ysio Max, Luminos dRF Max, Luminos Agile Max y Uroskop Omnia Max, y actualización del software a la versión XP029/19/S, para corregir los problemas identificados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: E 4 2 B 6 B 3 1 3 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89