MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-093	PS/TS/57658

PRODUCTO
Kits y equipos de cateterismo epidural Arrow ®. Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso de la empresa

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Teleflex Medical, EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Direx, S.L. C/Panamá, 1. 1ª pta. Local 9. C.P. 38009. Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados códigos de producto y lotes de los kits y equipos de cateterismo epidural Arrow ® por un probable fallo con las jeringuillas, incluidas en los kits, de la técnica de pérdida de resistencia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 Z N J N Y 6 5 1 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89