MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-107	PS/JMP/57397

PRODUCTO
Equipo PREVI ISOLA (Referencia: 29500)

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo automático para la inoculación y siembra en medios preparados de placas de agar de muestras microbiológicas líquidas.

Nº SERIE PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA
AS180-00381 y AS180-00487

FABRICANTE
bioMerieux, Francia

DISTRIBUIDOR
bioMerieux España SA. C/ Manuel Tovar, 45-47. 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la impresora Zebra® LP2824 Plus integrada en determinados equipos Previ Isola®, debido a problemas en su fuente de alimentación, con riesgo de sobrecalentamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: B G R A 8 7 T B 1 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89