MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-112	PS/AG/57288
PRODUCTO Aceleradores lineales digitales con COHERENCE Oncologist RT.	
VERSION SOFTWARE 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51.	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad en determinados aceleradores lineales digitales (LINACS) con COHERENCE Oncoligst RT debido a la posibilidad de que las imágenes portales que se utilizan para la corrección de la posición (corrección del desplazamiento) lleguen sin filtrar si se realizan después de una operación de filtrado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: J 5 3 4 R T 5 0 E 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89