MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-110	PS/TS/58066
PRODUCTO ARCHITECT Anti-HCV Controls. Ref. 6C37-15	
FINALIDAD PREVISTA Inmunoensayo para la detección cualitativa de anticuerpos anti-HCV	
Nº LOTE 07025BE00	
FABRICANTE Abbott GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Abbott Diagnostic European Distribution. Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Alemania	
ASUNTO Advertencia de seguridad relativa al inmunoensayo ARCHITECT Anti-HCV Controls, ref. 6C37-15, lote 07025BE00 debido a que el intervalo de valores del control positivo, impreso en la etiqueta externa del equipo, es incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 5 A Z L N Q 4 E 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89