MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-113	PS/SI/58084

PRODUCTO

- MR-Set ELS 65ml REF 317602-000
- Jeringa ELS 65ml REF 316065-000

FINALIDAD PREVISTA

Inyección medio de contraste

Nº LOTE

MR-Set ELS 65ml, Lote 20190724
Jeringa ELS 65ml , Lote 20190716

FABRICANTE

MEDTRON AG, Alemania

DISTRIBUIDOR

Izasa Hospital, S.L.U,Plaza de Europa, 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

ASUNTO

Retirada del mercado del lote 20190724 del set de jeringas MR ELS 65 ml y del lote 20190716 de las jeringas ELS 65ml, debido a la posibilidad de que puedan contener partículas en su interior.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/02/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R 2 W 7 T 3 L A 1 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89