MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-118	PS/MJF/58170

PRODUCTO
Sistema de stent coronario COROFLEX ISAR NEO 2.25×24 mm. Número de artículo 5028939.

Nº LOTE
19H08809

FABRICANTE
B.Braun Melsungen AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
B.Braun Surgical, S.A. Carretera de Terrassa,121. 08191 Rubí (Barcelona).

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 19H08809 del sistema de stent coronario COROFLEX ISAR NEO 2.25×24 mm, número de artículo 5028939, debido a un posible error en el etiquetado del embalaje exterior en cuanto a las dimensiones del stent.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 02/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: T S 9 E 4 S 3 6 0 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89