MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-127	PS/TS/58010

PRODUCTO
Casquillos de guía de aguja para biopsia estereotáctica de mama Cytoguide GA12, GA14, GA16, GA18, GA20, GA20 OPEN y GA22. Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Turon Medtech AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
Ire Rayos X, S.A. Calle Isla de Palma, 22 Bis. San Sebastián de los Reyes. C.P. 28703. Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de referencia de los casquillos de guía de aguja para biopsia estereotáctica de mama Cytoguide por un defecto del material que podría llevar a su fractura durante el procedimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 02/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 G B J P 4 Y A E 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89