ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-134	PS/CGG/58400

PRODUCTOS

- Tubo de baja presión, CO2, 150 cm (Ref. UI001)
- Tubo de baja presión, CO2, 300 cm (Ref. UI002)
- Tubo de baja presión, CO2, 600 cm (Ref. UI003)

FINALIDAD PREVISTA

El tubo de baja presión de CO2 sirve como línea de suministro entre el suministro de gas central y los dispositivos de insuflación (Referencias UI400, UI500, 26432020-1, 26430520-1)

FABRICANTE

KARL STORZ SE & Co.KG, Alemania

DISTRIBUIDOR

KARL STORZ Endoscopia Ibérica, Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich, 28830 San Fernando de Henares, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad y retirada del mercado de determinados tubos de baja presión de CO2, debido a la posibilidad de que un componente en la clavija de conexión presente un diámetro interior incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X K C G A L N 2 4 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89