ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-136	PS/CGG/58197

PRODUCTOS
Sistemas Artis zeego y sistemas Artis zee/Q/Q.zen con mesa de Siemens Healthineers (Step/Tilt,OR)

FINALIDAD PREVISTA
Sistema integral de angiografía digital con detector plano.

VERSION SOFTWARE
VD11C

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de los sistemas Artis zeego y Artis zee/Q/Q.zen con mesa de Siemens Healthineers (Step/Tilt,OR), con el parche acumulativo de seguridad 11, para reducir la probabilidad de que en el primero se produzcan los riesgos potenciales de bloqueo de los movimientos del soporte y de que permanezca oculto el mensaje “Batería del soporte cargándose: No desconecte”, y en el segundo, de que se produzca el bloqueo de los movimientos de la mesa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa