MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-108	PS/JMP/58065

PRODUCTO
Sistema de corrección de dedo en martillo Nextra®. Referencia: NX-4532K

FINALIDAD PREVISTA
Conjunto de implantes e instrumental asociado indicado para la reconstrucción de huesos pequeños limitada a la reparación y fusión interdigitales de dedos menores del pie.

Nº LOTE
168117318B

FABRICANTE
Nextremity Solutions, EEUU

DISTRIBUIDOR

- Zimmer Biomet Spain, S.L.U. C/Metalurgia 32; 08038 Barcelona.
- Vortrom S.R.L. C/Progres, 1 Pol. Ind. La Ferreira. 08110. Montcada i Reixac. Barcelona
- Materiales e Implantes Ortopédicos. C/. Molina de Segura, 5 - Bl 2º A-B. 30007 Murcia
- Suministro Médico-Quirúrgicos Genu SL. Avd Damián Téllez Lafuente, 1 L-5, 06010, Badajoz

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 168117318B del Sistema de corrección de dedo en martillo Nextra® (Referencia: NX-4532K) debido al posible sobredimensionamiento del extremo proximal del destornillador reversible incluido en el sistema, que podría dificultar su conexión al implante proximal Nextra® o la retirada del mismo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para los centros sanitarios
- Nota de aviso empresa para distribuidores

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Y C 6 B W F C D 2 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89