MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-133	PS/SI/58218

PRODUCTO
OSIRIS 1 GE - O2 NF: Ref. KA006800
OSIRIS 2 GE - O2 NF: Ref. KA006500
OSIRIS 3 GE - O2 NF: Ref. KA005800

FINALIDAD PREVISTA
Ventilador transportable

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Air Liquide Medical Systems, Francia

DISTRIBUIDOR
Insanex S.L., Camino Bajo de Getafe nº 3, Polígono Industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados ventiladores de la gama OSIRIS, debido a que el electro distribuidor con el que está equipado el conjunto neumático dispone de piezas metálicas “magnéticas”, en lugar de “amagnéticas”, lo que en presencia de un campo magnético remanente podría ocasionar el mantenimiento de fase inspiratoria durante la ventilación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: K 4 Y A 7 C D 2 3 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89