MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-140	PS/NA/58381

PRODUCTO

- Ensayo de bilirrubina directa (DBIL_2), números de material 10316610 (20 ml) y 10341114 (70 ml).
- Ensayo de bilirrubina total (TBIL_2), números de material 10341115 (40 ml) y 10341113 (70 ml).

En los sistemas ADVIA.

FINALIDAD PREVISTA

Determinación cuantitativa de la bilirrubina total o directa en suero y plasma humanos.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 Getafe, 28906 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la interferencia de Eltrombopag, medicamento utilizado para el tratamiento de la de la trombocitopenia o la anemia aplásica, con los ensayos bioquímicos de bilirrubina directa (DBIL_2) y bilirrubina total (TBIL_2) en el sistema ADVIA.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: B X D C 8 G X A 7 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89