MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-141	PS/NA/58450

PRODUCTO

- Ensayo de bilirrubina directa (DBil_2), número de material 11097532.
- Ensayo de bilirrubina total (TBil_2), número de material 11097531.

En el analizador Atellica CH.

FINALIDAD PREVISTA

Determinación cuantitativa de la bilirrubina total o directa en suero y plasma humanos.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 Getafe, 28906 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la interferencia de Eltrombopag, medicamento utilizado para el tratamiento de la de la trombocitopenia o la anemia aplásica, con los ensayos bioquímicos de bilirrubina directa (DBil_2) y bilirrubina total (TBil_2) en el Analizador Atellica CH.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 6 W G T Z R B 2 F A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89