MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-143	PS/NA/58452

PRODUCTO
Ensayo de bilirrubina total (TBIL), número de material 10445146 en el sistema Dimension Vista.

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa de la bilirrubina total en suero y plasma humanos.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 Getafe, 28906 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del ensayo de bilirrubina total (TBIL) en el Sistema Dimension Vista debido a la interferencia de Eltrombopag, medicamento utilizado para el tratamiento de la de la trombocitopenia o la anemia aplásica, con el ensayo TBIL, pudiendo dar resultados falsamente elevados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: N Y G V 7 F W B 4 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89