MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-139	PS/SI/58437
PRODUCTO YSIO, modelo 10281013	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de rayos X de diagnóstico básico estacionario digital.	
VERSION SOFTWARE VB10	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de desplazamiento inesperado del soporte de techo en los sistemas ISYO totalmente automatizados con la versión de sofwarwe VB10, pudiendo provocar daños en las personas que se encuentren cerca del soporte en movimiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

AEMPS (Previsualización de documento)
Fecha de la firma: 10/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X X X X X X X X X

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89