MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-116	PS/SI/58171

PRODUCTO
Vástagos de anclaje Innex
Ver referencias afectadas en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa

Nº LOTE
Ver los nºs de lote afectados en el Anexo 2 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
ZIMMER GmbH, Suiza

DISTRIBUIDOR
ZIMMER BIOMET, C/ Metalurgia, 32-34, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de vástagos de anclaje Innex debido a la posibilidad de que el envase estéril se encuentre dañado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 12/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Q R 3 3 T R E E 6 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89