MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-155	PS/MJF/58360

PRODUCTO
Analizadores ABL800; Modelos: 393-800 y 393-801

FINALIDAD PREVISTA
Medición en sangre de pH, gases sanguíneos, electrolitos, glucosa, lactato, bilirrubina y creatinina.

VERSION SOFTWARE
Anteriores a la V6.19

FABRICANTE
Radiometer Medical ApS, Dinamarca

DISTRIBUIDOR
Radiometer Ibérica S.L, Avda. de Valgrande 8 -2ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el lector de código de barras de los analizadores ABL800 interprete erróneamente el contenido de una etiqueta codificada impresa localmente y usada para introducir la ID del paciente o de la muestra en el analizador para la medida de muestras, cuando se utilizan códigos de barras sin dígito de control.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L B D J E 2 B 3 0 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89