MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-157	PS/MJF/58382

PRODUCTO

- Palamix® Uno; Referencia 66057893
- Palamix® Duo; Referencia 66057897

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de mezcla al vacío y aplicación de cementos óseos

Nº LOTE

Todos los números de lote

FABRICANTE

Heraeus Medical GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Heraeus S.A., C/Forjadores Nº16. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los sistemas de mezcla al vacío y aplicación de cementos óseos PALAMIX® UNO y PALAMIX® DUO, para evitar el riesgo de cierre inadecuado del cartucho y que la tapa se desprenda del cartucho antes o durante la aplicación del cemento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: J 3 X C W Y L 2 B 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89