MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-169	PS/SI/58696

PRODUCTO
Sistemas Philips Azurion 7 M20, Modelo 722079, distribuidos entre octubre de 2018 y julio de 2019

FINALIDAD PREVISTA
Sistema Azurion fluoroscópico de intervención por Rayos X

Nº SERIE
La empresa indicará los números de serie afectados en cada centro en el anexo de la nota de aviso.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BN. Holanda

DISTRIBUIDOR
Philips Iberica S.A.U. C/ Maria de Portugal, 1. 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Sistemas Philips Azurion 7 M20, Modelo 722079, distribuidos entre octubre de 2018 y julio de 2019, debido a la posibilidad de que los tornillos del motor de giro del brazo en C se aflojen. Si esto ocurre, el brazo en C podría girar libremente en movimiento horario/anti-horario alrededor del paciente lo que podría resultar en colisión y/o atrapamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Q 3 W 7 E G B 2 5 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89