MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-168	PS/SI/58688

PRODUCTO
Analizador Atellica CH 930, número de material de Siemens 11067000

FINALIDAD PREVISTA
Analizador de bioquímica clínica

VERSION SOFTWARE
Software SP1 v1.21.0 o inferior

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U Avda. Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el Analizador Atellica CH 930, instalado con las versiones de software SP1 v1.21.0 o inferior de Atellica Solution, debido a los problemas identificados en las repeticiones automáticas y actualizaciones de definición de prueba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/03/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: F X D 4 8 7 T 7 F A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89